

T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şırnak Devlet Hastanesi

22/09/2020

Sayı : 530 235 56/ 3025

Konu : Teklife Davet

Sayın :

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (8) kalem 8 KALEM PATALOJİ LABAROTUVAR MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 28.09.2020 tarih ve saat 15:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

UZ.DR.ÇAĞDAS KÜÇÜKERDOĞAN
HASTANE YÖNETİCİSİ/BAŞHEKİM

Satınalma tarih ve saati : 28.09.2020 - 15:00
Teklif Başvuru Yeri : Şırnak Devlet Hastanesi Satınalma Birimi
Teslimat Yeri : Şırnak Devlet Hastanesi Baştabipliği
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	FORMALDEHİT FİLTRESİ VE MASKESİ	2	Adet		
2	LAMEL(24*60 ML)	10.000	Adet		
3	LAM RODAJLI	10.000	Adet		
4	KAPAKLI DİK ŞALE	5	Adet		
5	HOLLANDE SOLUSYONU	5	LİTRE		
6	PLASTİK LAM TAŞIMA MAPESİ 20' LİK(LAM TEPESİ)	20	Adet		
7	DOKU İŞARETLEME BOYASI(CERRAHİ SINIR BOYASI)	500	ML		
8	BLOK ARŞİV DOLABI	5	ADET		

EK: Teknik şartname

T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şırnak Devlet Hastanesi

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Şırnak Devlet Hastanesi
NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Teklif zarfları firma tarafında bizzat elden, mail veya fax yoluyla verilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Yeni Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 6) SGK'ya bağlı tıbbi cihaz ve sarf malzeme alımlarında UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Kodları Belirtilmelidir. UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Kodları Belirtilmeyen Teklifler geçerli sayılmayacaktır.
- 7) SUT'tan doğan kurum zararları firma hakedişinden kesilecektir.
- 8) Hasta başı alımlarında, vakanın yapıldığı gün fatura kesilecektir.

HOLLANDE FİKSATİFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ.


1. Patoloji laboratuvarında histolojik ve sitolojik materyallerin fiksasyonunda kullanmaya uygun olmalıdır.
2. Teklifte malzemenin markası belirtilmelidir ve bu markadan örnek gönderilmelidir.
3. İçeriğinde picric acid, copper asetat, acetic acid, formaldehit ve deiyonize su bulundurmamalıdır.
4. Orijinal renginde sıvı halde ve tortusuz olacaktır.
5. Kullanıma hazır formda ve en fazla 5 (beş) litrelik orijinal ambalajda olmalıdır.
6. Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak biçimde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır.
7. Üretici, ürün içeriğini ve ürünün son kullanma tarihini ambalajın üzerinde belirtmelidir.
8. Ürünlerin teslimi aşamasında miadı, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Miadına 6 (altı) ay kala firma tarafından yenileri ile değiştirilmelidir. Bu konuda her bir ürün kalemi için distribütör (yerli ürünler için ise üretici firma) hem de satıcı firma tarafından taahhütname verilmelidir.
9. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir.
10. Muayene ve kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.
11. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 (Bir) adet 1 litre numuneyi ihale sonrasında değerlendirilmek üzere patoloji laboratuvarına teslim edecektir. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

LAMEL (24x60 MM) Teknik Şartname

- 1-A kalite malzemedan yapılmış olmalıdır.
- 2-Şeffaf olmalı, üzerinde toz, tortu olmamalıdır.
- 3-24x60 mm ebatlarında, 0.13-0.17 mm kalınlığında, en üst optik kalitede olmalıdır.
- 4-Ürün en az 50 adetlik ambalajlarda olmalıdır.
- 5-Tamamen düz ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalıdır.
- 6- Lameller genellikle vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazı oldukları için CE belgesi, son kullanım tarihi ve izlenebilirliği kolaylaştıran LOT numarasına sahip olmalıdır.

KAPAKLI DİK ŞALE

- 1- Mikroskop lamalarını dik konumda taşımak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
- 2- Kimyasal solüsyonlara dayanıklı camdan yapılmış ve kapaklı olmalıdır.
- 3- 8 adet tek mikroskop lamı ve ya sırt sırta yerleştirilmiş 8 çift lam taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
- 4- Malzemenin uygunluğuna, gönderilen malzeme laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
5. Teklifte malzemenin markası belirtilmelidir ve bu markadan numune gönderilmelidir.
6. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir.



7. Muayene ve kabul komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir

RODAJLI LAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Işığı kırmayan A kalite camdan yapılmış olmalıdır.
- 2) Bir ucunda bir tarafı süt beyaz renkte rodajlı olmalıdır.
- 3) Şeffaf ve tozsuz olmalıdır.
- 4) Hafif travmalarla kolay kırılmamalıdır ve aralarında kâğıt olmalıdır.
- 5) Sertifikalı olmalıdır ve sertifika ihale dosyasında sunulmalıdır.
- 6) Ürün en az 50 (elli) adetlik, orijinal ambalajlarda olmalı. Ambalaj üzerinde ürüne ait ölçü, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
- 7) Temiz, kenarları düzgün olmalı pürüzlü olmamalı, kırık olmayan ve kaliteli cam malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 8) Kenarları rodajlanmış (traşlanmış) 76x26 mm ölçülerinde olmalıdır
- 9) Numune mutlaka verilecek olup, teknik özellikler test edilecek ve bu özelliklere uymayan malzemeler kesinlikle alınmayacaktır.
- 10) Kullanım esnasında paketlerden uygun numune olmadığı zaman değişim firma tarafından yapılması gerekmektedir

Yarım Yüz Gaz Maskesi ve Filtresi Teknik Şartnamesi

- Hafif olmalıdır (400-450 g).
- Başlıca Formaldehit olmak üzere patoloji laboratuvarında kullanılan gazları filtreleme özelliğinde olmalıdır.
- Maske hipo-alerjenik ve elastik yapıda olmalıdır.
- Çift Filtre Dizayını olmalıdır.
- 4 Bant Süspansiyonuna Sahip olmalı ve takılıp çıkarılması kolay olmalıdır.
- 3m süngü filtre sabitleme sistemine sahip olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

PLASTİK LAM TAŞIMA MAPESİ 20 LAM'LIK

- 1.Patoloji Laboratuvarında kullanımına uygun olmalıdır.
- 2.Sert PVC 'den yapılmış olmalıdır.
- 3.En az 20 lam kapasiteli olmalıdır.
- 4.Lamların kolay alınıp koyulabilmesi için alt ve üst kenarlarında yeterli genişlikte pay olmalıdır.

CERRAHİ SINIR BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (SİYAH, MAVİ, YEŞİL)

1. Siyah, mavi ve yeşil renklerde olmalıdır.
2. Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır
3. Doku takibinden sonra ayırt edilebilmelidir, takip solüsyonlarına dayanıklı olmalıdır.
4. Standart histopatolojik boyalarla örtüşmemelidir
5. Her 100 ml boya için beraberinde 50 adet boyama stick'i verilmelidir
6. Ambalaj şekli 500 ml den büyük olmamalı ve plastik kaplarda olmalıdır.



7. Doku boyandıktan sonra alkol aşamalarında solmamalıdır. Dokuda boyanan alanların boyaları akmamalı ve işaretli alanları karıştırmamalıdır.
8. Ürün kullanılmaya başlandıktan sonra uygun saklama koşullarına rağmen bozulursa ve istenilen özellikte boyama yapmazsa firma tarafından yenisi ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirilecektir.
9. Ürünlerin teslimi aşamasında miadı, teslim tarihinden itibaren en az **2 (iki)** yıl olmalıdır. Miadına 6 (altı) ay kala firma tarafından yenileri ile değiştirilmelidir. Bu konuda her bir ürün kalemi için distribütör (yerli ürünler için ise üretici firma) hem de satıcı firma tarafından taahhütname verilmelidir
10. Teklifte malzemenin markası belirtilmelidir ve bu markadan numune gönderilmelidir.
11. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. UBB kapsam dışı olan ürünler için firma TSE veya CE uygunluk beyanı veya FDA belgelerinden birini sunmalıdır.
12. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir.
13. Muayene ve kabul komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.
14. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az **1 (Bir) adet** kutu numuneyi ihale sonrasında değerlendirilmek üzere patoloji laboratuvarına teslim edecektir. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır

Kaset Blok arşivi Teknik Şartnamesi

- 1-10 çekmeceli olmalı, her çekmece 12 'ye bölünmüş olmalıdır.
- 2-Metal malzemeden imal edilmiş olmalı.
- 3-Parafin blokların arşivlenmesi için üretilmiş olmalı.
- 4-Her bir çekmece yaklaşık 500 kaset kapasiteli olmalıdır.
- 5-Kolayca açılıp kapanır çekmecelere sahip olmalıdır.
- 6-Çekmecelerde numara aralığı etiketi koymaya uygun yer olmalıdır.

*Hayatı Karul
Lob. So. Bol
[Signature]*