

T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şırnak Devlet Hastanesi

Sayı : 530 235 56/ 3263
Konu : Yaklaşık Maliyet

05/10/2020

Sayın

İdaremizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı (1) kalem 1 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilecektir.
Bu işin yaklaşık maliyetlerinin hesaplanabilmesi için K.D.V. hariç birim fiyatlarının karşılıklarına yazılarak 08.10.2020 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

UZ.DR.ÇAĞDAŞ KÜÇÜKERDOĞAN
HASTANE YÖNETİCİSİ BAŞHEKİM

1 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

Sıra	Malın / İsin Cinsi	Tarih	Miktar	Birimi	Fiyat	Tutar
1	OTOMATİK RULO KESME-KAPATMA VE YAZMA CİHAZI		1	Adet		
Toplam						

Ek: Teknik Şartname

OTOMATİK RULO KESME –KAPATMA VE YAZMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Cihaz otomatik olarak kesme, kapatma ve yazma işlemini yapmalı
- 2.Birden fazla sterilizasyon rulosu yan yana yüklenebilmeli
- 3.Otomatik yazıcısı sayesinde sterilizasyon tarihi, son kullanım tarihi, lot no, operatör,vb. rulolar üzerine yazabilmelidir
- 4.Kurulum ve Operasyonel yeterlilik çalışmalarına yönelik, anlık yapıştırma kuvveti, yapıştırma sıcaklığı, kapatma hızı, tarih ve saat bilgisi ile beraber basılabilir.Yapışma sızdırmazlık testleri uygulanabilmelidir
5. Hızlı ısıtma sistemi sayesinde 20-40 saniyede 180 °C ye ulaşabilmelidir
6. % ±1-2 °C hassasiyet ile 60 ~ 220 °C aralığında kapatma yapabilmelidir
- 7.Kapatma hızı 5- 10 m/dk olmalıdır.
- 8.Kapatma genişliği 6- 12 mm olup sterilizasyon rulolarındaki tipte bariyerli, çok kuvvetli yapıştırma yapabilmelidir
9. 40 cm genişliğine kadar rulolar ile çalışmaya uygun olmalı
- 10.En düşük kesme ve yapıştırma mesafesi: 50 mm olmalı
11. Kesme hızı 5-10 m/dk olmalı
- 12.Cihaz kurumda kullanıcı birim tarafından değerlendirmesi yapıp uygunluğuna karar verildikten sonra cihazın kabülü yapılacaktır .

Sterilizasyon birim sorumlusu
Cesur GÜMÜŞ

