

T.C.  
ŞIRNAK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şırnak Devlet Hastanesi

Sayı : 530 235 56/ 694

16/02/2021

Konu : Teklife Davet

Sayın : YETKİLİ

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem ANJİYO TIBBİ SARF MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 22.02.2021 tarih ve saat 15:00`a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

UZ.DR.ÇAĞDAŞ KÜÇÜKERDOĞAN  
HASTANE YÖNETİCİSİ/BASHEKİM

Satınalma tarih ve saati : 22.02.2021 - 15:00  
Teklif Başvuru Yeri : Şırnak Devlet Hastanesi Satınalma Birimi  
Teslimat Yeri : Şırnak Devlet Hastanesi Baştabipliği  
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	TEK KULLANIMLIK BASINÇ TRANSDUSERİ	100	Adet		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Şırnak Devlet Hastanesi  
NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Teklif zarfları firma tarafında bizzat elden, mail veya fax yoluyla verilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Yeni Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilmelidir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 6) SGK ya bağlı tıbbi cihaz ve sarf malzeme alımlarında UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Kodları Belirtilmelidir. UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Kodları Belirtilmeyen Teklifler geçerli sayılmayacaktır.
- 7) SUT`tan doğan kurum zararları firma hakedişinden kesilecektir.
- 8) Hasta başı alımlarında, vakanın yapıldığı gün fatura kesilecektir.

## SMT1010 BASINÇİZLEME SETİ TEKİLİ/TRANSDUSER)

SMT TEMEL İŞLEVİ	1.Arter/venöz damar içi kan basıncını monitörize etmek amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır
SM Malzeme Tanılama Bilgileri	2.sistem 1(bir) adet serum seti 1(bir) adet transducer,1(bir) adet basınç hattı ve1 (bir) adet üç yollu musluğun birleşmesinden medyana gelmelidir. 3.basınç hatları ve infüzyon hattı kink-resistan olmalı,basınç hatları çok iyi frekans cevabı veren ve PVC olmalıdır 4.Kıvrılmaya karşı dirençli luer-lock uygulamalı PVC den üretilmiş olmalıdır
Teknik Özellikler	5. Transducer'den sonra en az 120cm'lik basınç izleme hatları ,arada 1 adet üç yollu musluk ve 30 cm 'lik bir basınçizleme hatları daha olmalıdır 6.Transducer aynı serum hattından beslenecektir.Serum bağlantısı için 1 makrodrip hazne içermelidi,makrodrip hazne ile transducer arası en az 120 cm uzunluğunda transduseri besleyen infüzyon seti olmalıdır.Serum hattının üzerinde akışı ayarlamak için roller klemp bulunmalıdır. 7.Bu sistem komtaminasyona fırsat vermeyecek şekilde doğru ve emniyetli dizayn edilmiş olmalıdır. 8.Serum setinin distal hatları basınç,kırılma,ve bükülmelere karşı dayanıklı olmalıdır. 9.Basınç hatları üzerinde kolay ayırt edilebilmesi için kırmızı(Arter) çizgisi olmalıdır. 10.Bağlantı hattı kateterler ile uyumlu olmalıdır 11.Hastanelerde bulunan monitörler ile uyumlu olması amacıyla her bir monitör için ( ameliyathane,yoğun bakım vb.) 1 adet olmak üzere IBP ara kablosu konsinye olarak verilmelidir. Bu kablolar işin süresi sonunda veya setlerin tamamı tükendiğinde yüklenici firmaya iade edilecektir.
Genel Hükümler	12.100 adet set başına sete uygun bir adet çiftli sehpa ve bir adet sabitleyici askılık verilmelidir. 13.Her setin içine veya steril tekli paketlerde en az 3 adet yedek kapak verilmelidir. 14.Streil paketli,kolay açılabilir olmalıdır 15.Ürünün son kullanma tarihi ambalaj üzerinde olmalıdır

Faruk AYAR  
İmza