

T.C.  
ŞIRNAK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şırnak Devlet Hastanesi

Sayı : 530 235 56/ 2176

31/05/2021

Konu : Teklife Davet

Sayın :YETKİLİ

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem 1 KALEM AYNİYAT TÜKETİM MALZEMESİ ALIMİ işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 04.06.2021 tarih ve saat 11:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

UZ.DR.ÇAĞDAŞ KÜÇÜKERDOĞAN  
HASTANE YÖNETİCİSİ/BAŞHEKİM

Satınalma tarih ve saati : 04.06.2021 - 11:00  
Teklif Başvuru Yeri : Şırnak Devlet Hastanesi Satınalma Birimi  
Teslimat Yeri : Şırnak Devlet Hastanesi Baştabipliği  
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	DÖKÜMANTASYON ETİKET TABANCASI	4	Adet		

EK: Teknik şartname

Satınmanın Yapılacağı Birim: Şırnak Devlet Hastanesi

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Teklif zarfları firma tarafında bizzat elden, mail veya fax yoluyla verilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Yeni Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 6) SGK'ya bağlı tıbbi cihaz ve sarf malzeme alımlarında UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Kodları Belirtilmelidir. UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Kodları Belirtilmeyen Teklifler geçerli sayılmayacaktır.
- 7)SUT'tan doğan kurum zararları firma hakedişinden kesilecektir.
- 8)Hasta başı alımlarında, vakanın yapıldığı gün fatura kesilecektir.

### Buhar İndikatörlü Etiket Teknik Şartnamesi

- Etiketler ISO 11140 CLASS 1 Standardına uygun olmalıdır ve bu standart etiket üzerinde yazılı olmalıdır.
- Etiket üzerinde referans renk yazılı olmalıdır.
- Etiket üzerinde buhar indikatörü bulunmalı, işlem görmüş indikatörde renk değişikliği belirgin olmalıdır, kullanıcıyı yanıltmamalıdır.
- İndikatör renk değişikliği en az 6 ay sabit kalmalıdır.
- Etiketlerin üzerine operatör adı, sterilizatör numarası, çevrim numarası, malzemelerin ait olduğu bölüm kodu, üretim ve son kullanma tarihi yazılabilmesi için 3 ayrı hane bulunmalıdır.
- Etiketler üç satırlı, çift yapışkanlı olmalıdır. Yapışkanlıklarını sterilizasyon boyunca ve sonrası da devam ettirebilmelidir
- Etiketler takılmadan düzgün şekilde yapıştırılmalı, yapıştırıldıkları yüzeyde atık bırakmamalı, işlem sonrası deforme olmamalıdır.
- Etiket, cihazına kolayca takılabilmelidir.
- Etiketler yazıcıdan geçerken her baskıda aynı mesafede ilerlemeli, yazıcıdan kaydırma ve tutukluk yapmamalıdır.
- Çift katlı etiketin pakette kalacak olan alt tabakasının hasta kartına kolay transferi için etiketten büyük olmalıdır.
- Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir.
- Etiketlerle birlikte 4.. adet etiket tabancası verilecektir. Tabancanın kullanım sırasında oluşabilecek arıza, bozulması vb. durumlarda firma yedek tabanca temin etmelidir.
- Her bir rulonun üstünde lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

06.11.2020

Sterilizasyon Birim Sorumlusu

Cesur Ermiş

