

T.C.  
ŞIRNAK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şırnak Devlet Hastanesi

Sayı : 530 235 56/2211

02/06/2021

Konu : Teklife Davet

Sayın :YETKİLİ

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI (BUZDOLABI ISI ÖLÇER) işi satın alacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 08.06.2021 tarih ve saat 11:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

UZ.DR.ÇAĞDAŞ KÜÇÜKERDOĞAN  
HASTANE YÖNETİCİSİ/BAŞHEKİM

Satınalma tarih ve saati : 08.06.2021 - 11:00  
Teklif Başvuru Yeri : Şırnak Devlet Hastanesi Satınalma Birimi  
Teslimat Yeri : Şırnak Devlet Hastanesi Baştabipliği  
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	BUZDOLABI ISI ÖLÇER CİHAZI	4	Adet		

EK: Teknik şartname

Satınmanın Yapılacağı Birim: Şırnak Devlet Hastanesi

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Teklif zarfları firma tarafında bizzat elden, mail veya fax yoluyla verilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Yeni Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 6) SGK'ya bağlı tıbbi cihaz ve sarf malzeme alımlarında UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Kodları Belirtilmelidir. UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Kodları Belirtilmeyen Teklifler geçerli sayılmayacaktır.
- 7)SUT tan doğan kurum zararları firma hakedişinden kesilecektir.
- 8)Hasta başı alımlarında, vakanın yapıldığı gün fatura kesilecektir.

## BUZDOLABI ISI ÖLÇER ŞARTNAMESİ

- 1-İÇ-DİŞ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ YAPABİLMELİDİR
- 2-DİŞ MEKAN YÜKSEK – DÜŞÜK SICAKLIK ALARM AYARI OLAMLIDIR.
- 3-MAX-MİN HAFIZASI OLMALIDIR.
- 4-BÜYÜK NET DİGİTAL EKРАН İLE SICAKLIKI DEĞİŞİMİ RAHAT TAKİP EDİLEBİLMELİDİR.
- 5-SU GEÇİRMEZ PROBA SAHİP OLMALIDIR.
- 6-MIKNATISLI OLMALI BUZDOLABI VEYA METAL YÜZEYLERE SABİTLENEBİLMELİDİR.
- 7-AYAĞI ÜZERİNDEDE DURABİLMELİDİR.
- 8-DİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI -50,+70 C OLMALIDIR
- 9-İÇ ÖLÇÜM ARALIĞI -20,+70C OLMALIDIR.
- 10-SICAKLIK ÖLÇÜM HASSASİYETİ +,-1C OLMALI
- 11-PROB UZUNLUĞU 2 METRE OLMALI.
- 12- 1.5 VOLTA AAA PİL İLE ÇALIŞMALIDIR.
- 13-CİHAZALA BİRLİKTE 1 ADET PROB TUTUCU VE PİL VERİLMELİDİR.
- 14-ÜRÜNLERLE BİRLİKTE TÜRK AKREDİTASYON KURUMU ONAYLI KALİBRASYON SERTİFİKASI VERİLMELİDİR. SERTİFİKADA ALIM YAPACAK KURUMUN ADI YAZMALIDIR.

*D. İhsen Demir*  
Uzm. Dr. İhsen DEMİR  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Uzmanı  
Dip. no 0492 / Dip. Tes. No: 1390  
Şirnak Devlet Hastanesi

*Uz. Dr. İhsen Demir*  
*İhsen Demir*  
*İhsen Demir*