

T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şırnak Devlet Hastanesi

Sayı : 530 235 56/ 517

16/06/2021

Konu : Teklife Davet

Sayın :YETKİLİ

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem 2 KALEM AYNİYAT TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI işi satın almacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 23.06.2021 tarih ve saat 11:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

UZ.DR.ÇAĞDAŞ KUÇUKERDOĞAN
HASTANE YÖNETİCİSİ/BASHEKİM

Satınalma tarih ve saati : 23.06.2021 - 11:00
Teklif Başvuru Yeri : Şırnak Devlet Hastanesi Satınalma Birimi
Teslimat Yeri : Şırnak Devlet Hastanesi Baştabipliği
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	MUSLUK MOTÖRÜ	2	Adet		
2	SCRUB (SABUNLUK) POMPASI	2	Adet		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Şırnak Devlet Hastanesi

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Teklif zarfları firma tarafından bizzat elden, mail veya fax yoluyla verilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Yeni Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 6) SGK'ya bağlı tıbbi cihaz ve sarf malzeme alımlarında UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Kodları Belirtilmelidir. UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Kodları Belirtilmeyen Teklifler geçerli sayılmayacaktır.
- 7) SUT'tan doğan kurum zararları firma hakedişinden kesilecektir.
- 8) Hasta başı alımlarında, vakanın yapıldığı gün fatura kesilecektir.

TEKNİK ŞARTNAME

PVD T-BU 203

- 1 Gövde: piring (ms58 olacaktır)
- 2-Çekirdek:Paslanmaz çelik olacak.
- 3 Diyafram: PTFE,EPDM, viton
- 4-Ovan: Piring (ms58) veya paslanmaz çelik AISI 316)
- 5-Bağlantı:R Dişli (DIN 2999, iso 7)olmalı
- 6-Akışkan sıcaklığı PTFE(+100/+160 C EPDM (-20/+130 C
- 7-Diz ile açılıp kapanan Cerrahi el yıkama ünitesi musluğuna uyumlu olmalı.

SABUNLUK POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-7 Diz ile açılıp kapanan Cerrahi el yıkama ünitesi sabunluk pompasına uyumlu olmalı.
- 2-Tse veya iso belgesine sahip olmalı
- 3 –En az iki yıl servis garantili olacaktır
- 4- Alınan yedek parça cihaza uyumlu olmaması hailinde geri iade edilcektir.

Enseri DAE
A/B

Cemal MELER
TEKNİK ŞİRKETİ