

T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şırnak Devlet Hastanesi

Sayı : 530 235 56/ 868

13/09/2021


Konu : Teklife Davet

Sayın : YETKİLİ

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI (ULTRASONİK YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TESTİ) işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 17.09.2021 tarih ve saat 11:00`a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

UZ.DR.ÇAĞDAŞ KÜÇÜKERDOĞAN
HASTANE YÖNETİCİSİ/BASHEKİM



Satınalma tarih ve saati : 17.09.2021 - 11:00
Teklif Başvuru Yeri : Şırnak Devlet Hastanesi Satınalma Birimi
Teslimat Yeri : Şırnak Devlet Hastanesi Baştabipliği
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın /İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	ULTRASONİK YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TESTİ	300	Adet		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: Şırnak Devlet Hastanesi

NOTLAR:

- 1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.
- 2) Teklif zarfları firma tarafında bizzat elden, mail veya fax yoluyla verilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Yeni Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 6) SGK`ya bağlı tıbbi cihaz ve sarf malzeme alımlarında UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Kodları Belirtilmelidir. UBB (Ulusal Bilgi Bankası) Kodları Belirtilmeyen Teklifler geçerli sayılmayacaktır.
- 7)SUT`tan doğan kurum zararları firma hakedişinden kesilecektir.
- 8)Hasta başı alımlarında, vakanın yapıldığı gün fatura kesilecektir.

ULTRASONİK YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TESTİ ŞARTNAMESİ

- ✦ Ultrasonik yıkayıcı dezenfektörler de temizleme etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmış olacaktır.
- ✦ Kirlilik testi, alüminyum üzerinde sentetik test kiri bulunan indikatörlü şerit ve bu şeridin yerleştirileceği holder'dan (tutaç) oluşacaktır.
- ✦ İndikatör, 70x35 mm ebatlarında olmalıdır.
- ✦ Ultrasonik Yıkama etkinlik indikatörü 0.20 mikron kalınlığında olmalı ve kayıtlar için zımbalanabilir olmalıdır.
- ✦ Organik insan kanı simülasyonuna eşdeğeri ile hazırlanmış organik kalıntıya sahip olmalı ve insan kanının simülasyonunu test etmelidir..
- ✦ Ultrasonik Yıkama indikatörü not alınan/yazılan alana sahip olmalı ve metalin rengi gri olmalıdır.
- ✦ İndikatörü yerleştirmek için şartları zorlaştırılmış holder'ı paslanmaz çelikten olacaktır.
- ✦ Her 500 adet indikatör için 1(bir) adet holder verilecektir.
- ✦ Iso 15883-1 ve 15883-5 yıkayıcı dezenfektörlerin rutin kontrolü için gerekli şartları yerine getirmiş olduğu üretici tarafından belgelenecektir.
- ✦ Üretici firma Iso9001 ve Iso13485 belgelerini ihaleye dosyasına sunmalıdır.
- ✦ Markası, lot numarası ve son kullanma tarihi indikatörün üzerinde yazılı olacaktır.
- ✦ İşlem öncesi holder'a yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde yüzeyindeki taklit kirlilerden arınmış olacaktır.
- ✦ Ultrasonik Yıkama etkinlik indikatörü köşeleri keskin hatlara sahip olduğunda kullanıcıya zarar vermekte ve tehlikeli olabilecek bu durumdan dolayı yıkama indikatörü köşeleri oval olmalıdır.
- ✦ Ultrasonik yıkama testi, her marka cihaz ve solüsyon ile kullanılabilir olmalıdır.
- ✦ Yıkama indikatörü maksimum 250 Adetlik kutularda olmalıdır.
- ✦ Test sonucunu yorumlamak için indikatörler ile birlikte renk değişim tablosu verilecektir.

Sterilizasyon Birimi Sorumlusu
Akan Çarıkçı
